

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ПСК RU.0C04.000274

Срок действия с 09.10.2020г по 08.10.2023г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.31529.04ИЖСО.ОС11 от 03.02.2020г. до 02.02.2023г.
Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПЕРТ ПЛЮС» (ОГРН 1203100001004)
Адрес: 308012, Белгородская область, город Белгород, улица Костюкова, дом 36а, офис 3с,
os-exp.plus@mail.ru

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Облучатели бактерицидные ультрафиолетовые, серии: OBN LITE1, OBN LITE2,
OBN PRO1, OBN PRO2, ANTIBIOTIC/R LED, ANTIBIOTIC LED. Серийный
выпуск. Выпускаемая по ТУ 27.90.40-044-88466159-2020 "Облучатели
бактерицидные"

код ОКПД2
27.90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие
технические условия»; ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 «Изделия медицинские
электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом
основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт.
Электромагнитная совместимость. Требования и испытания»; ГОСТ Р ЕН
779-2014 «Фильтры очистки воздуха общего назначения»; ГОСТ 30324.0-95
(МЭК 601-1-88), ГСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-
88) «Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования
безопасности»

код ТН ВЭД
8543709000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «МГК «Световые Технологии»
ОГРН5087746335177 ИНН 7715723321 КПП 771501001. Адрес: 127273, город Москва, улица
Отрадная, дом 2Б, строение 7, телефон: (495)995-55-95, email: info@msk.ltcompany.com.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «МГК «Световые Технологии»
ОГРН5087746335177 ИНН 7715723321 КПП 771501001. Адрес: 127273, город Москва, улица
Отрадная, дом 2Б, строение 7, телефон: (495)995-55-95, email: info@msk.ltcompany.com.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1054 от 01.10.2020 ИЛ «Центр метрологии и испытаний» (РОСС
RU.31857.04ИЛСО.ИЦ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Система сертификации 3с

Руководитель органа

Марьян В.Н

Эксперт

Жукова А.П.